

Łódź, dnia 21 listopada 2023 r.

Bechtold & Co s. z o.o.
Ul. Dr Seweryna Sterlinga 27/29
90-212 Łódź

Narodowy Instytut Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy
Ul. W.K. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Mail: katarzyna.krol@nio.gov.pl

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu medycznego

Znak sprawy: **PN-187/23/KK**

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „*Dostawa sprzętu medycznego*” numer postępowania PN-187/23/KK, Spółka Bechtold & Co sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, będąca oferentem w ramach prowadzonego postępowania, pragnie zwrócić Państwa uwagę na poniższe aspekty wzbudzające poważne wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości dokumentów, którymi posłużył się oferent, spółka CONSULTRONIX sp. z o.o. z siedzibą w Balicach w swojej ofercie.

W ramach postępowania przetargowego, w ramach części 4 planują Państwo zakup systemu do wideodermatoskopii i mapowania ciała, które to urządzenia ma spełniać wymagania określone w załączniku nr 2.4a do SWZ – zestawienie parametrów/specyfikacja techniczna. W dniu 14 listopada 2023 r. miało miejsce otwarcie ofert w ramach ww. postępowania, w trakcie którego okazało się, że w ramach części 4 zamówienia ofertę złożyła m.in. spółka CONSULTRONIX sp. z o.o. Zgodnie z zapisami SWZ, wraz z ofertą należało przedstawić wypełniony załącznik nr 2.4a w zakresie oświadczeń o spełnieniu lub nie przez oferowane urządzenie parametrów wymaganych przez Państwa jako zamawiającego. Dodatkowo, jak wynika z oferty CONSULTRONIX sp. z o.o., zaoferowali oni urządzenie o nazwie Medicam 1000s w konfiguracji ATBM master produkcji FotoFinder GmbH.

Pragnę wskazać, iż wbrew oświadczeniom oferenta, spółki CONSULTRONIX sp. z o.o., zaoferowane przez nią urządzenie Medicam 1000s w konfiguracji ATBM master nie spełnia wymagań określonych przez zamawiającego w ramach postępowania przetargowego wynikających z załącznika 2.4a do SWZ. Jak wynika bowiem z analizy przedłożonej oferty oraz załączników do niej, w szczególności pełnionego formularza nr 2.4a oraz karty katalogowej urządzenia, a także z ogólnodostępnych informacji o urządzeniu, zaoferowane urządzenie nie spełnia, wbrew oświadczeniu oferenta, następujących wymagań:

Wymaganie z punktu 12: *Kamera podłączana do komputera poprzez złącze USB, w standardzie Plug & Play*

Spółka wskazuje, iż w urządzeniu Medicam 1000s kamera jest połączona złączem HD-SDI. Identyfikacyjny sprzęt został zaoferowany w ramach poprzedniego postępowania przetargowego organizowanego przez Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika (numer postępowania EZ.28.89.2023, oferta CX Projekty Medyczne sp. z o.o. z dnia 14 lipca 2023 r., gdzie Wykonawca na potwierdzenie przesłał inną kartę katalogową (str. 4, drugi akapit karty katalogowej będącej załącznikiem do oferty CX Projekty Medyczne sp. z o.o. – w załączeniu).

DOWÓD NR 1 – Oferta EZ.28.89.2023 - str. 44

Wymaganie z punktu 14: *Możliwość wykonania zdjęć w świetle spolaryzowanym i niespolaryzowanym w jednej sekwencji*

Spółka wskazuje, iż urządzenie Medicam 1000s w konfiguracji ATBM nie pozwala na wykonanie zdjęć spolaryzowanych bez nałożenia na obiektyw dodatkowego filtra polaryzacyjnego po każdym badaniu w świetle niespolaryzowanym. Fotografie na stronie producenta potwierdzają, że urządzenie nie posiada osobnego oświetlenia spolaryzowanego i niespolaryzowanego, co czyni niemożliwe wykonanie zdjęć w świetle spolaryzowanym i niespolaryzowanym w jednej sekwencji, wydłużając czas badania ponad dwukrotnie.

Adres strony internetowej - <https://www.fotofinder.de/en/technology/total-body-dermoscopy/bodystudio-atbm/master>

DOWÓD NR 2 – Wydruk ze strony <https://www.fotofinder.de/en/technology/total-body-dermoscopy/bodystudio-atbm/master.png>

Wymaganie z punktu 15: *Automatyczne rozpoznawanie wysokości pacjenta i dobór wysokości zdjęć*

Spółka wskazuje, iż w oferowanym przez Consultronix Sp. z o. sprzęcie nie jest dostępna taka funkcjonalność . Ustawianie wysokości pacjenta odbywa się manualnie. Dowodem na to jest instrukcja obsługi urządzenia, przesłana przez Consultronix Sp. z o.o, w postępowaniu 249/PN/2023, prowadzonym przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą w Gdańsku, ul. Dębinki 7, która wyraźnie wskazuje na stronach 105 i 108 dokumentu, że ustawienie wysokości pacjenta odbywa się manualnie.

DOWÓD NR 3 – INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA str. 105 i str. 108.pdf

Wymaganie z punktu 21: *Możliwość wyświetlenia wszystkich zdjęć z jednej lokalizacji w jednej kolumnie*

Spółka wskazuje, iż na wydruku ze strony producenta (fotofinder.de) widać wyraźnie, że zdjęcia z jednej lokalizacji są wyświetlane w jednym wierszu, a nie kolumnie (zrzut ekranu w załączeniu - DOWÓD NR 4).

Adres strony internetowej- <https://www.fotofinder.de/en/technology/total-body-dermoscopy/bodystudio-atbm/master>

DOWÓD NR 4 – Wydruk ze strony Wydruk ze strony <https://www.fotofinder.de/en/technology/total-body-dermoscopy/bodystudio-atbm/master.png>

Wymaganie z punktu 22: Możliwość wyświetlenia zdjęć z każdej wizyty w osobnym wierszu

Spółka wskazuje, iż na wydruku ze strony producenta (fotofinder.de) widać wyraźnie, że zdjęcia z kolejnych wizyt są wyświetlane w jednej kolumnie, a nie wierszu (zrzut ekranu w załączeniu DOWÓD NR 4).

Adres strony strony internetowej- <https://www.fotofinder.de/en/technology/total-body-dermoscopy/bodystudio-atbm/master>

DOWÓD NR 4 – Wydruk ze strony Wydruk ze strony <https://www.fotofinder.de/en/technology/total-body-dermoscopy/bodystudio-atbm/master.png>

Wymaganie z punktu 29: *System wyposażony w dedykowany wózek jezdny z uchwytem na kamerę, pozwalającym na umieszczenie głowicy powyżej poziomu pulpitu*

Spółka wskazuje, iż na zdjęciu znajdującym się na 41 stronie oferty CONSULTRONIX sp. z o.o. widać wyraźnie, że uchwyt jest poniżej poziomu pulpitu. Wszystkie zdjęcia na stronie producenta - fotofinder.pl również to pokazują (adres strony [www- https://www.fotofinder.de/en/technology/total-body-dermoscopy/bodystudio-atbm/master](https://www.fotofinder.de/en/technology/total-body-dermoscopy/bodystudio-atbm/master)). Dodatkowo, analogiczne zdjęcie z ułożeniem uchwyty poniżej poziomu pulpitu znajduje się w katalogu dostępnym na stronie WWW.fotofinder.pl. Pobrane ze strony producenta katalog urządzenia w załączeniu do niniejszego pisma.

DOWÓD NR 5 - FotoFinder katalog-produktowy pobrany ze strony fotofinder.pl 17.11.2023.pdf

DOWÓD NR 6 – oferta złożona przez Consultronix Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach w przedmiotowym postępowaniu – str. 38.pdf

Wymaganie z punktu 31: *Funkcja nagrywania pozyskanych zdjęć na nośnik zewnętrzny w formie, wraz z aplikacją pozwalającą na wyświetlanie zdjęć w takiej samej formie, jak w oprogramowaniu wideodermatoskopu*

Spółka wskazuje, iż zgodnie z kartą katalogową urządzenia dostępna jest wyłącznie opcja eksportu raportu z wizyty w formacie PDF. Potwierdza to rozdział 4.7 instrukcji znajdującej się w DOWODZIE NR 3, na stronie 69 dokumentu, akapit pierwszy.

DOWÓD NR 3 – INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA str. 105 i str. 108.pdf

Powyższe okoliczności, w naszej ocenie, jednoznacznie wskazują, iż przedstawiona oferta i urządzenie nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w SWZ. Mając na uwadze powyższe, prosimy o przyjrzenie się podniesionym przez nas w niniejszym piśmie kwestiom oraz, w przypadku uznania ich za uzasadnione, prosimy o rozważenie skorzystania z zapisów ustawy prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności:

- 1) uprawnienia do odrzucenia oferty spółki CONSULTRONIX sp. z o.o. z uwagi na jej niezgodność z warunkami zamówienia (art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych)

Załączniki:

- DOWÓD NR 1 – Oferta EZ.28.89.2023 str 44.pdf
- DOWÓD NR 2 – Wydruk_ze_strony_https_www.fotofinder.de_en_technology_total-body-dermoscopy_bodystudio-atbm_master.png
- DOWÓD NR 3 – INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA str 105 i str 108.pdf
- DOWÓD NR 4 – Wydruk_ze_strony_https_www.fotofinder.de_en_technology_total-body-dermoscopy_bodystudio-atbm_master.png
- DOWÓD NR 5 - FotoFinder_katalog-produktowy_pobrano ze strony fotofinder.pl_17.11.2023.pdf
- DOWÓD NR 6 – oferta złożona przez Consultronix Sp. z o.o. z siedzibą w Balicach w przedmiotowym postępowaniu – str. 38.pdf

Z poważaniem
Tomasz Bechtold – Prezes Zarządu